





样品名称：TW004-200

=====
操作者：序列行：3
仪器：仪器 1 位置：样品瓶 52
进样日期：2014-12-17 10:31:22 下午 进样次数：1
进样量：0 μ l

来自于序列的不同进样量！实际进样量：2 μ l
采集方法：D:\Public\20141217\DEF_LC 2014-12-17 22-13-16\5-90 6MIN.M
最后修改：2014-12-10 6:44:57 下午
分析方法：D:\PUBLIC\20141216\DEF_LC 2014-12-17 13-38-41\ZJ-1.D\DA.M (10-80 5MIN.M)
最后修改：2014-12-17 4:39:08 下午



=====
面积百分比报告
=====

排序 : 信号
乘积因子 : 1.0000
稀释因子 : 1.0000
内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 A, Sig=254,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	4.297	MM	0.0562	1419.78101	420.85248	100.0000

总量 : 1419.78101 420.85248

信号 2: DAD1 B, Sig=220,16 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	4.297	MM	0.0565	787.69061	232.56253	100.0000

总量 : 787.69061 232.56253


信号 3: MSD1 TIC, MS File

信号 4: MSD2 TIC, MS File

=====
*** 报告结束 ***
=====

MS Spectrum

MSD2 SPC, time=4.354 of D:\PUBLIC\20141217\DEF_LC 2014-12-17 22-13-16\TW004-200.D ES-API, Neg, Scan, Frag: 70



MSD1 SPC, time=4.361 of D:\PUBLIC\20141217\DEF_LC 2014-12-17 22-13-16\TW004-200.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70

